

توضیحات :

به ازای کلیه آیتیم های خواسته شده، بارگذاری مستندات مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت الزامی می باشد. (در صورت عدم وجود مستندات اگر مستند خواسته شده الزام باشد شرکت از پروسه خرید حذف شده و در صورتی که مستند خواسته شده دارای امتیاز برتری باشد امتیاز مربوطه تعلق نمی گیرد)

در صورت دارا نبودن حداقل الزامات ، عدم ارائه مستندات درخواستی و یا اثبات خلاف ادعای عنوان شده، مرکز مختار به حذف شرکت، در هر مرحله از پروسه خرید می باشد.

شرکت می بایست مشخصات مطرح شده را دقیقاً مطابق با دستگاه تحویلی اعلام نماید. بدیهی است در هر زمانی پس از تحویل دستگاه، مشخص گردد موارد اعلامی توسط شرکت با دستگاه تحویلی یکسان نباشد مرکز مختار است به هر نحوی که صلاح بداند از طریق مراجع قانونی اقدام کند.

مشخصات دستگاه : ترالی بیهوشی نام شرکت :					
ردیف	ردیف	مشخصات فنی	حداقل الزام (Standard options)	point	حداکثر امتیاز
۱	الزامات عمومی	تولید داخل	مستندات مربوطه ضمیمه گردد	الزام	
		شرکت دارای مجوزهای قانونی لازم از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت باشد.	مستندات مربوطه ضمیمه گردد	الزام	
		نام شرکت سازنده	اعلام شود.	الزام	
		نام و مدل دستگاه	اعلام شود.	الزام	
		تاریخ تولید	۱۴۰۵	الزام	
		گارانتی بی قید و شرط کل دستگاه (شامل کلیه متعلقات و ملزومات) پس از نصب، راه اندازی	حداقل ۱۲ ماه الزام می باشد.	رتکینگ بر اساس بیشترین مقدار می باشد	۲۰
		خدمات پس از فروش	حداقل ۱۰ سال الزام می باشد	رتکینگ بر اساس بیشترین مقدار می باشد	۱۰
		استاندارد های کیفیت تولید کننده	C E	مستندات ضمیمه گردد دارا بودن ۳ امتیاز	۱۰
			FDA	مستندات ضمیمه گردد دارا بودن ۵ امتیاز	۱۵
			سایر	مستندات ضمیمه گردد دارا بودن ۱ امتیاز	۵
		رزمه کاری شرکت در تولید ترالی بیهوشی	رضایتنامه مراکز نصب کل کشور ضمیمه گردد اطلاعات تماس و نام فرد مسئول اعلام گردد	رتکینگ بر اساس بیشترین مقدار می باشد	۱۵
			رضایتنامه مراکز نصب سازمان تامین اجتماعی به همراه اطلاعات تماس و نام فرد مسئول ضمیمه و اعلام گردد	رتکینگ بر اساس بیشترین مقدار می باشد	۲۰
	ترالی بیهوشی	ترالی بیهوشی متحرک مخصوص اتاق عمل جنرال	الزام	الزام	
			بدنه ABS	الزام	
		استراکچر اصلی فلزی مقاوم، سبک و ضد زنگ و خوردگی	الزام	نوع و جنس استراکچر اصلی ذکر شود	

الزامات تخصصی

		الزام	مقاوم در مقابل خوردگی و شستشو و محلول های ضد عفونی
		الزام متناسب با بارگذاری کامل کشوها، تجهیزات و اقلام مصرفی بدون تغییر شکل یا واژگونی	تحمل بار کل
		الزام مسطح، مقاوم، قابل شستشو، ضد لغزش و مقاوم در برابر مواد ضد عفونی کننده	سطح فوقانی
		الزام گرد و بدون تیزی یا نقاط آسیب زا	لبه ها
		الزام مقاوم به خش، خوردگی، لکه و مواد شیمیایی بیمارستانی، مناسب برای شستشو و ضد عفونی	رنگ /پوشش
		الزام حداقل ۵ کشو الزام	تعداد
		تعداد اعلام گردد	ظرف دارو وجود ظرف دارو مجزا از کشوها بر روی توالی بیهوشی
		الزام عمق کشوها اعلام گردد الزام وجود کشوها با عمق کم، متوسط و زیاد مناسب برای تفکیک دارو و لوازم مصرفی	تنوع و عمق کشوها
		ریل تلسکوپی با کیفیت بالا الزام	ریل کشوها
		وجود Stop جهت جلوگیری از خروج کامل و سقوط کشو	توقف انتهای کشو
		دارای دیوایدر در کشوهای مخصوص دارو	دیوایدر
		قابلیت لیبل گذاری واضح و ماندگار بر روی کشوها	برچسب گذاری روی کشو
		الزام امکان قفل مرکزی یا مجزا برای کشوها	قفل کشوها
		الزام ۴ عدد چرخ صنعتی بیمارستانی با کیفیت بالا	تعداد
		اعلام گردد	قطر چرخ

بدنه

کشو

	چرخ ها، جابجایی و پایداری	جنس چرخ ها	ضد سایش، بی صدا، مقاوم در برابر مواد ضدعفونی کننده			
		ترمز	حداقل ۲ چرخ دارای ترمز ترمز باید در حالت بار کامل نیز موثر باشد			
		چرخان بودن	چرخ ها باید قابلیت چرخ گردان جهت انتقال و مانور بهتر را دارا باشند			
		متعلقات دستگاه	الزام			
		ابعاد و وزن	طول: اعلام گردد	الزام		
			عرض : اعلام گردد	الزام		
			ارتفاع : اعلام گردد	الزام		
			وزن : اعلام گردد	الزام		
		سایر امکانات موجود و ارائه شده روی دستگاه	در صورت کاربردی بودن جهت مرکز (تایید کارشناس/کاربر مرکز) امتیاز برتری دارد	اعلام گردد	۵	
		کلیه هزینه های حمل و نقل، بارگیری، تخلیه، بیمه و راه اندازی دستگاه بر عهده شرکت تامین کننده می باشد	محل تحویل کالا کف انبار بیمارستان بوعلی نکا می باشد	الزام		
موعده تحویل	حداکثر ۲ هفته پس از اعلام برنده		الزام			
۲	نصب، راه اندازی، دستگاه به مرکز بحره تحویل	حداکثر امتیاز: 100 امتیاز شرکت :				

نصب، راه اندازی،
دستگاه به مرکز
نحوه تحویل