

بسمه تعالی

مشخصات فنی مورد نیاز دستگاه ساکشن مرکزی

- 1: ظرفیت دستگاه جهت 80 عدد یونیت دندانپزشکی
- 2: همزمانی مکش دستگاه جهت حداقل 50الی 60 عدد یونیت
- 3: دارای جداکننده آمالگام
- 4: دارای قابلیت تخلیه اتوماتیک و شست و شوی خودکار دستگاه
- 5: قابلیت مجزا بودن موتور های ساکشن از دستگاه
- 6: دارای نمایشگر تصویری جهت پایش عملکرد دستگاه
- 7: دارای قابلیت کنترل از راه دور (تحت شبکه)
- 8: توان موتور ها قابلیت مکش کردن از طبقه همکف تا طبقه چهارم به ارتفاع حداقل 12متر را داشته باشند
- 9: دارای حداقل دسیبل صدای ناشی از دستگاه
- 10: دارای قابلیت ارتقا به توان بالاتر جهت افزایش یونیت
- 11: دارای محفظه مناسب جهت نگهداری موتور ها